

Ogłoszenie

Numer

2024-7309-193288

Id

193288

Powstaje w kontekście naboru

FEMA.01.01-IP.01-027/24 - Badania kompatybilności nowego kandydata na lek biologiczny WPD-401 podawanego drogą infuzji CED w terapii nowotworów mózgu

Tytuł

Badania kompatybilności nowego kandydata na lek biologiczny WPD-401 podawanego drogą infuzji CED w terapii nowotworów mózgu

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających/dodatkowych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowo zostały opisane w Rozdziale XVI. ZO pn.: Istotne zmiany warunków umowy

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2024-07-05

1. ZO_01_WPD_FEMA_2024
2. EN RFP 01_WPD_FEMA_2024
3. Załącznik nr 1
4. Appendix No.1.
5. Załącznik nr 2.
6. Appendix No. 2

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2024-07-05

Data ostatniej zmiany

2024-07-05

Termin składania ofert

2024-07-15 10:00:00

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

WPD Pharmaceuticals
Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
NIP: 5252721500

Osoby do kontaktu

Mariusz Olejniczak
tel.: +48 515262381
e-mail: oferty@wpdpharmaceuticals.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zapytanie Ofertowe Nr 01/WPD/ FEMA /2024

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów do Convection-Enhanced Delivery (CED) oraz powiązanych usług wsparcia w celu przeprowadzenia badań kompatybilności z formacją WPD-401. Projekt ma na celu zbadanie skuteczności bezpośredniej metody dostarczania WPD-401 do leczenia guzów mózgu, a technologia CED jest kluczowym elementem tego badania. Urządzenie CED powinno być dostosowane do wielokrotnych infuzji substancji terapeutycznej w trakcie leczenia, co wiąże się z koniecznością wszczepiania cewników w obrębie czaszki pacjenta na dłuższy okres.

2. Wymagania podstawowe:

- 1) dostawa komponentów CED oraz zestawów CED tj.: 60 cewników, 60 linii infuzyjnych, 4 pełne zestawy CED;
- 2) specyfikacje komponentów tj.: dostarczenie szczegółowych specyfikacji technicznych proponowanych komponentów CED, w tym materiałów, wymiarów i charakterystyki wydajności;
- 3) wsparcie techniczne tj.: zapewnienie wsparcia technicznego i usług konsultacyjnych w zakresie planowania i projektowania protokołów eksperymentalnych wykorzystujących komponenty i zestawy CED;
- 4) warsztat edukacyjny tj.: przeprowadzenie warsztatu demonstrującego prawidłowe użytkowanie, obsługę i konfigurację dostarczonych komponentów i zestawów CED.
- 5) udostępnienie sprzętu tj.: zapewnienie co najmniej dwóch dedykowanych pomp infuzyjnych na czas trwania eksperymentów kompatybilności.

Kody CPV

38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie kryterium cena.

$C = (C_{min}/C_{bad}) \times 100\% \times 100$

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Badania kompatybilności nowego kandydata na lek biologiczny WPD-401 podawanego drogą infuzji CED w terapii...

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2024-07-05 - data opublikowania

-> 2024-07-15 10:00:00 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.