

**Informacja nr 1 dla oferentów do Zapytania ofertowego nr 07/WPD101/2020 ogłoszonego w dniu 15.07.2020 r. (ogłoszenie w portalu Baza Konkurencyjności nr 1253982) dotyczącego realizacji projektu objętego umową o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0912/17, pt. "Rozwój nowego leku stosowanego w terapii glejaka wielopostaciowego" realizowany w ramach Osi priorytetowej Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działania Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.**

**Nazwa i adres zamawiającego:**

WPD Pharmaceuticals sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

adres: ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego

Rejestru Sądowego w Warszawie pod nr KRS 0000693186, kapitał zakładowy 888 995 zł

NIP: 5252721500

Tel: +48 515 262 381

[www.wpdpharmaceuticals.com](http://www.wpdpharmaceuticals.com)

**Osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego:**

Mariusz Olejniczak – Prezes Zarządu

**Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu w sprawie Zapytania ofertowego:**

Magdalena Ozga

e-mail: [oferty@wpdpharmaceuticals.com](mailto:oferty@wpdpharmaceuticals.com)

**Odpowiedzi na pytania zadane przez oferentów w dniu 20.07.2020, udzielone przez Zamawiającego w dniu 23.07.2020:**

**Pytanie nr 1**

Dotyczy Pakietu nr 4 - zlewki zgodne z farmakopeą - prosze o wskazanie przykładowych zlewek które będą zgodne z oczekiwaną farmakopeą (nr kat, producent, parametry tj. śr i wysokość). Zamawiający nie wskazał zgodnie z którą farmakopeą mają być zgodne zlewki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wskazał w specyfikacji zlewki niskie, wykonane ze szkła klasy I, przezroczyste zgodnie z farmakopeą USP, EP, JP (i normami DIN 12331 i ISO 3819), typu Duran, o następujących parametrach (wys. x śr.): 70x50 mm (poj. 100ml), 95x70 mm (poj. 250ml), 90x125 mm (poj. 500ml), 145x105 mm (poj. 1000ml). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zlewki o poj. 600ml, zamiast zlewki o poj. 500ml.