

## Ogłoszenie nr 2024-7309-207794

Zapytanie Ofertowe Nr 01/WPD401/ABM/2024 pn.: „Dostawa bioreaktora do hodowli komórek ssaczych”

## Lista opublikowanych pytań i odpowiedzi

Liczba wyników: 2

### Pytanie numer 1, data wysłania 2024-12-18 15:30:15, data opublikowania 2024-12-23

Dzień dobry,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy do 150 dni od podpisania umowy?

Pozdrawiam,

Agnieszka Bednarz

#### Udzielono odpowiedzi

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 150 dni od podpisania umowy.

---

### Pytanie numer 2, data wysłania 2024-12-20 08:41:56, data opublikowania 2024-12-23

Proszę o wyjaśnienie. Jedno z wymagań to: „automatyczna kontrola temperatury, CO<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, pH”. Czy Zamawiający ma na myśli AKTYWNA kontrolę CO<sub>2</sub> w zbiorniku – czyli możliwość nastawu i kontroli procentowej (%) zawartości CO<sub>2</sub> w zbiorniku w czasie trwania procesu, czy tylko odczyt procentowy (%) zawartości CO<sub>2</sub> bez możliwości nastawu konkretnej, procentowej (%) zawartości CO<sub>2</sub>?

#### Udzielono odpowiedzi

Zamawiający wymaga, aby system bioreaktora wyposażony był w funkcję automatycznej kontroli zawartości CO<sub>2</sub> w medium zbiornika („AKTYWNA kontrola CO<sub>2</sub> w zbiorniku”).

---